

6.2.3 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงมีแนวทางในการควบคุมการติดตั้งและใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ โดยพิจารณาตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง กรณีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตติดตั้งและใช้งาน โรงพยาบาลจะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำมาใช้งาน

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งและขออนุญาตใช้งานเครื่องเอกซเรย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีเอกสารการขอตีตตั้งและใบรับแจ้ง/ใบอนุญาตการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีเป็นหลักฐาน



บริษัท สมาร์ทเทค เทคโนโลยี จำกัด

254/254 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2563-4267 โทรสาร 0-2563-4267

วันที่ 19
ฉบับที่ 22 ปี 2564
เลขที่ 09574

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอคิดค่าอะไหล่ซ่อมเครื่องออกฤทธิ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนพาดาน
เรียน นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
อ้างถึง สัญญาซื้อขายเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งมาว่าสัญญาซื้อขายเครื่องออกฤทธิ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนพาดาน ชื่อ Shimadzu รุ่น RADspeed Pro ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,714,750.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลภูเก็ต กับ บริษัท สมาร์ทเทค เทคโนโลยี จำกัด ตามสัญญาที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้ บริษัท สมาร์ทเทค เทคโนโลยี จำกัด พร้อมคิดค่าอะไหล่ซ่อมเครื่องออกฤทธิ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนพาดาน ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้บริษัท สมาร์ทเทค เทคโนโลยี จำกัด ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องถึงกำหนดเวลาดังกล่าวด้วยจึงเป็นพระคุณอย่างสูง



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายพิษณุ เกษมทรัพย์)

กรรมการ



เลขที่ใบรับแจ้ง วพ 0466/000260

ใบรับแจ้ง

เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกใบรับแจ้งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง)

ผู้แจ้ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล

ตามเลขรับคำขอเลขที่ R266000259 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่ วพ 0466/000260 จำนวน 1 หน้า

สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

เลขที่ 62 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130



(นาย योगิ ชัยธรรม)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประทับตรากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้เป็นสำคัญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

หน้าที่ 1 ของ 1 หน้า

เลขที่ใบรับแจ้ง วพ 0466/000260

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

เอกสารแนบท้ายใบรับแจ้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง)

รายการเครื่องกำเนิดรังสีที่แจ้งครอบครองหรือใช้

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี								
รายการ	ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี	ผู้ผลิต	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	หมายเลขหลอดเอกซเรย์	กำลังสูงสุด	รูปแบบ	สถานะ
1	dental x-ray machine	TROPHY	6510 ETX	-	940137	65 kV/10 mA	Fixed	ครอบครองและใช้
2	general x-ray machine	SHIMADZU	RADspeed Pro	MPC5C16A7003	-	150 kV/630 mA	Stationary	ครอบครองและใช้
3	mobile x-ray unit	DRGEM	JADE-40	DX02160259A	201593	120 kV/100 mAs	Mobile	ครอบครองและใช้
4	dental x-ray machine	THOPHY	ETX	9401-37	-	65 kV/10 mA	Fixed	ครอบครองและใช้
5	general x-ray machine	SHIMADZU	UD150L-40E	LM5262FA6013	02928	150 kV/630 mA	Stationary	ครอบครองและใช้
6	general x-ray machine	SHIMADZU	RADspeed Pro	MPC5C16A7004	-	150 kV/630 mA	Stationary	ครอบครองและใช้

