


6.4.1 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงมีการกำหนดกระบวนการจัดการงานซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยเมื่อพบเครื่องมือชำรุดหรือทำงานผิดปกติ ผู้ใช้งานจะหยุดใช้งานทันที ติดป้าย “งดใช้งาน/รอซ่อม” และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านแบบฟอร์มแจ้งซ่อม/กลุ่มไลน์ซ่อมบำรุง จากนั้นช่างโรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าซ่อมเองได้จะดำเนินการซ่อมบำรุง ถ้าเกินศักยภาพประสานหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการซ่อมดำเนินการต่อไปและหน่วยงานแจ้งซ่อมในโปรแกรม RMC

Flow การส่งซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์



การแจ้งซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์


[illegible]

Show 20  entries

ແຈ້ງຂ່ອມ

Search:

รหัสการแจ้งข้อ	สรุปสิ่งที่แจ้งข้อ	แผนก	วันที่แจ้งข้อ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่รับงาน	กำหนดส่ง	ดำเนินการ
FX-10941-26020001	10941-003-00004 เครื่องวัดความดัน digital แบบสอดแขน รหัสเดิม: -, เลขครุภัณฑ์: 7105-003-0068/59 MP-8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	OPD	6 ก.พ. 2569	วรสสมวร รัตน์ วิเศษหมื่น	6 ก.พ. 2569 17:19:06	6 ก.พ. 2569	ปิดงาน 16 ม.ค. 2569 14:00:00



บันทึกการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านเสี้ยว
ใบส่งซ่อมที่ 10 / 2568
เรื่อง ขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ - คุรุภัณฑ์

วันที่ 9 ธ.ค. 68

เสนอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ด้วยฝ่ายงาน คุรุภัณฑ์ ขอแจ้ง
ซ่อมบำรุง () คุรุภัณฑ์ () ยานพาหนะ () อาคารสิ่งก่อสร้าง ตามรายการต่อไปนี้

จึงเสนอเพื่อพิจารณาสำหรับการอนุมัติต่อไป

ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้ส่งซ่อม

ตำแหน่ง _____ ตำแหน่ง _____

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเสี้ยว
วันที่ 25 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ _____
(นายสมชาย ใจดี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นและคำสั่ง 1

ความเห็น _____
ลงชื่อ _____
(นายสมชาย ใจดี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บันทึกขอหน่วยซ่อมบำรุง
เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเสี้ยว
หน่วยซ่อมบำรุงได้ทำการตรวจสอบ
และซ่อมบำรุงตามรายการข้างต้นแล้วดังนี้

() ซ่อมได้เอง ใช้ยาค่าวัสดุ _____ บาท

() ไม่สามารถซ่อมเองได้

() ซ่อมได้เอง ใช้ยาค่าวัสดุ _____ บาท

() จึงเสนอเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ - ซ่อมบำรุง

ความเห็นและคำสั่ง 2

() อนุมัติ

() แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. _____

2. _____

3. _____

ลงชื่อ _____
(นายสมชาย ใจดี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

RMC+ V3 | 10941 โรงพยาบาลบ้านเสี้ยว (ศูนย์เครื่องมือแพทย์)

A- A A+ [Icon] [Icon]

< [Icon] ผู้ใช้ระบบ	[Icon] รายการครุภัณฑ์	[Icon] การยืมคืน	[Icon] การแจ้งซ่อม	[Icon] iPM	[Icon] คลังอะไหล่	[Icon] Recall	[Icon] รายงาน	>
	6515-029-0101/1-66 MP-8 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน			หมื่น	10.24.24		18:40:00	
FX-10941-25040002	10941-004-00002 EKG1 เลขครุภัณฑ์: 6515-027- 2001/1-61 ME-5 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาด เอ 4	ER	21 มี.ค. 2568	วรสรวร รณวิเศษ หมื่น	24 เม.ย. 2568 10:14:24	24 เม.ย. 2568	ปิดงาน 24 เม.ย. 2568 13:00:00	